

Mintavételi ajánlás tájékoztató lakossági vizsgálatokhoz

1. általános vízkémiai vizsgálathoz:

Folyamatosan üzemelő (nincs pangó víz) vízádo berendezésnél 5 perces kifolyás után végezzük a mintavételt. Az edények töltése közben a csaphoz (kifolyó szelephez) nyúlni, ill. annak állását változtatni nem szabad.

Szakaszosan üzemelő berendezést mintavétel előtt legalább annyi ideig kell folyamatosan üzemeltetni, tisztító szivattyúzást végezni, míg a benne levő vízmennyiség legalább háromszorosát kitermelte.

Ásott kút esetében, ha a szivattyúzás nem megoldható, akkor kézi vízkiemeléssel a kútban levő vízmennyiség legalább kétszeresét kiemeljük és utána mintázzuk. Ha ez nem hajtható végre, a mintavételi jegyzőkönyvben ezt jelezze.

mintatároló edény:

1-1,5 literes műanyag flakon, lehetőség szerint ásványvizes.

mintavétel:

1) Miután a megfelelő vízmennyiséget kifolyatta vagy kiszivattyúzta, a flakont öblítse át a vizsgálandó vízmintával.

(Ne használjon a tisztításhoz mosogatószert vagy egyéb tisztítószer).

2) A flakont töltsé színültig a vizsgálandó vízzel

3) kupakkal zárja le, és mihamarabb szállítsa be a laboratóriumba.

Amennyiben aznap nem tudja behozni a mintát, a szállításig tárolja hűvös helyen.

A minta átvételét gyorsítja, ha az adatlapot (pdf formátumban letöltheti) kitöltve hozza be laboratóriumunkba.

A felhasználás célja szerint a lakosság részére az alábbi vizsgálati csoportokat állítottuk össze:

„tájékoztató”	Kalcium, Magnézium, Ammónium, Nitrát, Nitrit pH, Keménység, vezetőképesség,
„lakossági ivóvízkémia”	Nátrium, Kálium, Kalcium, Magnézium, Vas, Mangán Nitrát, Nitrit, Klorid, Szulfát, oFoszfát, hidrogén-karbonát, pH, lúgosság, keménység, vezetőképesség, KOI



Mintavételi ajánlás tájékoztató lakossági vizsgálatokhoz

2. medence, jacuzzi, csapvíz trihalometán vizsgálatához:

mintatároló edény:

csavaros kupakkal lezárható üveg (pld. kis ásványvizes vagy gyógyszertárban kapható 1-2dl-es folyadéküveg)

mintavétel:

- 1) A vizsgálandó vízzel öblítse ki az üveget. (a tisztításhoz ne használjon mosószert vagy egyéb tisztítószer)
- 2) Az uszoda / medence vízbe merítve légmentesen (színültig) töltsen meg az üveget a vizsgálandó vízzel.
- 3) Kupakkal zárja le, és lehetőség szerint még aznap jutassa el a laboratóriumba.

Amennyiben aznap nem tudja behozni a mintát, a szállításig tárolja hűvös helyen.

A minta átvételét gyorsítja, ha az adatlapot (pdf formátumban letöltheti) kitöltve hozza be laboratóriumunkba.

Ha nem biztos abban, milyen vizsgálatra van szüksége, keressen minket bizalommal, bármely elérhetőségünkön készséggel segítünk Önnek!

**MINTAÁTVÉTELI ADATLAP / MEGRENDELŐ**

Helység:	Kút talp:	Munkaszám:
Kút/műtárgy jele:	Megrendelő (számlázási cím):	
Mintavevő:	Cím:	
Mintavétel dátuma:		

VÍZLABORATÓRIUM VÍZVIZSGÁLAT	Számla		
	db	e.árak	összesen
Ivóvíz (lakossági)			
Tájékoztató (szűk)			
Ásványvíz (tájékoztató)			
Vezetékes víz ellenőrző			
Medence, jacuzzi trihalometán			
Vezetékes víz trihalometán			
Összesen:		-	

SZÁMLÁZÁS:hó.....nap	Jegyzőkönyv kiadva:
FELDOLGOZÁS Minta átvétel:hó.....napév.....hó.....nap

Adatközlés: személyesen érte jön
 fax:.....
 posta: